

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-594	20201741 - 20201742

GRUPO O FAMILIA: USO GENERAL

NOMBRE: TERMOMETRO CLÍNICO



EMPAQUE

- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Exento de defectos, partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL

- De vidrio.
- Bulbo, tubo capilar conteniendo mercurio, de uso clínico hospitalario.
- Acorde a los estándares internacionales de calidad.

CARACTERISTICA

- Con graduación visible en grados centígrados de 35 a 42°.
- Que sean manuales, resistentes (no quebradizo) al manipuleo propio de la actividad o control de pacientes.
- Que el mercurio se eleve o descienda a la temperatura corporal y/o procedimientos mecánicos, según sea el caso.

TIPOS

- Termómetro oral, con bulbo alargado.
- Termómetro rectal, con bulbo en oliva.

DIMENSIONES

- Estándar.

