

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-641	20201936 – 20201937 – 20201938 – 20201939 - 20201940

**GRUPO O FAMILIA: CIRUGIA CARDIACA**

**NOMBRE: VALVULA AORTICA DE DISCO BIVALVA**



Viernes, 24 de Enero de 2014

**EMPAQUE**

- Doble
- Empaque primario de material transparente con tapa rosca o tyvek
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado según bases

**MATERIAL**

- Superficie valvular de carbón pirolítico
- Condición biológica: estéril, atóxico, apirógeno, hipoalergénico

**CARACTERISTICA**

- Rotabilidad de valvas de 360°
- Contar con juego de medidores, rotador, probador
- Válvula debe constar de dos valvas.

**DIMENSIONES**

AORTICA      AREA ORIFICIO INTERNO (CM2)      PERFIL (MM)

19	> 1.5	menor igual a 9.0
21	> 2.0	menor igual a 10.0
23	> 2.5	menor igual a 11.0
25	> 3.0	menor igual a 12.0

\* Otras dimensiones de acuerdo al requerimiento del usuario.

