

FICHA DE REFERENCIA			
FECHA	23.04.2020	VERSIÓN	2.0

1. Denominación técnica:	SISTEMA DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO
2. Unidad de medida:	UN
3. Grupo o Familia:	Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios.
4. Código SAP:	<ul style="list-style-type: none"> a)40030181 Equipo de Oxigenoterapia de Alto Flujo b)20104604 Circuito de paciente para oxigenoterapia de alto flujo-adulto c)20104605 Circuito de paciente para oxigenoterapia de alto flujo-pediátrico d)20104606 Cánula nasal para oxigenoterapia de alto flujo-adulto pequeño e)20104607 Cánula nasal para oxigenoterapia de alto flujo-adulto mediano f) 20104608 Cánula nasal para oxigenoterapia de alto flujo-adulto grande g)20104609 Cánula nasal para oxigenoterapia de alto flujo-pediátrico h)20104610 Cánula nasal para oxigenoterapia de alto flujo-neonatal
5. Descripción General:	El sistema de oxigenoterapia de alto flujo por vía nasal es una modalidad de soporte ventilatorio no invasivo que tiene la capacidad de administrar una mezcla de oxígeno y gas con flujos altos (usualmente más de 15L/min). Está compuesto por el equipo de oxigenoterapia de alto flujo, el circuito de paciente y la cánula nasal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6. Indicación de uso:

- o Para tratamiento de trastornos respiratorios como el síndrome de distrés respiratorio agudo o falla respiratoria hipoxémica de diversas etiologías incluyendo COVID-19.

7. Esquema y Componentes:

ESQUEMA:



Fig. 1: Sistema De Oxigenoterapia De Alto Flujo (no incluye diseño)

COMPONENTES:

- 1. Equipo de Oxigenoterapia de Alto Flujo**
 - o Características según la ficha técnica SAP 40030181.
- 2. Circuito de Paciente para Oxigenoterapia de Alto Flujo**
 - A) Adulto y pediátrico: características según la ficha técnica SAP 20104604 y 20104605

3. Cánula Nasal para Oxigenoterapia de Alto Flujo

- A) Adulto: características según la ficha técnica SAP 20104606, 20104607, 20104608
- B) Pediátrico: características según la ficha técnica SAP 20104609, 20104610.

NOTA:

- ❖ Todos los componentes solicitados deben pertenecer a un mismo sistema (de una sola marca y modelo).
- ❖ En caso de solicitar los ítems 2A, 3A y/o 3B de la lista, la empresa adjudicada deberá garantizar que los dispositivos médicos ofertados sean compatibles con el Equipo de Oxigenoterapia de Alto Flujo (numeral 1) disponible en la Institución.

