

FICHA TECNICA DE MOBILIARIO CLINICO																																											
Fecha de emisión: 04 - 02 - 2019	MC-0070																																										
Versión: V1.3																																											
I. DESCRIPCION																																											
I.1	PORTACHATA Y PAPAGAYO METALICA DE PARED (4 UND.) CODIGO SAP: 70010297																																										
II. DEFINICION																																											
II.1	Plataforma de acero inoxidable anclada en la pared, con ganchos y asas para sujetar cuatro chatas y cuatro papagayos con el fin de tenerlos secos y disponibles al uso.																																										
III. APLICACION																																											
III.1	Mobiliario utilizado en áreas asistenciales como hospitalización, emergencia, recuperación, cuidados intensivos entre otras áreas. Este mobiliario está a disposición del personal técnico de enfermería y otros.																																										
IV. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS																																											
IV.1	Una (01) estructura principal.																																										
IV.2	Cuatro (04) soportes para chatas.																																										
IV.3	Cuatro (04) soportes para papagayos.																																										
IV.4	Cuatro (04) chatas.																																										
IV.5	Cuatro (04) papagayos.																																										
IV.6	Un (01) juego de accesorios para adosamiento a pared.																																										
V. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS																																											
V.1	Estructura principal fabricada con planchas de acero inoxidable AISI 304-2B de 1.5 mm (1/16") de espesor como mínimo, con refuerzos en la parte posterior en base a perfiles, y almas del mismo material. Para ser adosado a pared, para lo cual deberá contar con accesorios para su adosamiento. Con bandeja desmontable instalada en la parte inferior para recolectar los líquidos residuales posteriores a su lavado. Todo de acero inoxidable AISI 304-2B.																																										
V.2	Soporte para chatas en forma de abrazadera fabricada en acero inoxidable AISI 304-2B en forma de T para albergar una chata por soporte.																																										
V.3	Soporte para papagayos de plancha de acero inoxidable AISI 304-2B montado en la plataforma a manera de colgador.																																										
V.4	Chata estándar de acero inoxidable AISI 304-2B de 1.0 mm de espesor como mínimo.																																										
V.5	Papagayo estándar de acero inoxidable AISI 304-2B de 1.0 mm de espesor como mínimo.																																										
V.6	Accesorios para instalación en pared: tarugos, tornillos y otros en acero inoxidable AISI 304-2B.																																										
V.7	Dimensiones aproximadas: (tolerancia máxima de +/- 1 %) Largo: 775 mm. Altura: 1200 mm.																																										
VI. CONDICIONES DE PREINSTALACION																																											
VI.1	Ninguna																																										
VII. CONTROL DE CALIDAD (OBLIGATORIO AL PRODUCTO TERMINADO)*																																											
VII.1	Informe técnico de Ensayos de Laboratorio para el cumplimiento de las siguientes Normas Técnicas:																																										
	<ul style="list-style-type: none"> NTP ISO 7170 MUEBLES. Unidades de almacenamiento. Determinación de la resistencia y la durabilidad. Resistencia de colgadores y soportes NTP 260.049:2008 MUEBLES. Armarios guardarropa con o sin llave para uso institucional. Métodos de ensayo para la determinación de resistencia, durabilidad y estabilidad Resistencia a la humedad 																																										
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Cantidad de Muestra para Prueba</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Norma de Referencia: ISO 2859-1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Plan de muestreo Simple para inspección Normal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nivel de Inspección: S-2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Límite de Aceptación (LCA): 2.5</td> </tr> <tr> <td>Tamaño de Lote</td> <td>Cantidad de muestra</td> </tr> <tr> <td>2 a 8</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>9 a 15</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>16 a 25</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 a 50</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>51 a 90</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>91 a 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 a 280</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>281 a 500</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>501 a 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 a 3200</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3201 a 10000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>10001 a 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 a 150000</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>150001 a 500000</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>500001 a más</td> <td>13</td> </tr> </table>	Cantidad de Muestra para Prueba		Norma de Referencia: ISO 2859-1		Plan de muestreo Simple para inspección Normal		Nivel de Inspección: S-2		Límite de Aceptación (LCA): 2.5		Tamaño de Lote	Cantidad de muestra	2 a 8	2	9 a 15	2	16 a 25	2	26 a 50	3	51 a 90	3	91 a 150	3	151 a 280	5	281 a 500	5	501 a 1200	5	1201 a 3200	8	3201 a 10000	8	10001 a 35000	8	35001 a 150000	13	150001 a 500000	13	500001 a más	13
Cantidad de Muestra para Prueba																																											
Norma de Referencia: ISO 2859-1																																											
Plan de muestreo Simple para inspección Normal																																											
Nivel de Inspección: S-2																																											
Límite de Aceptación (LCA): 2.5																																											
Tamaño de Lote	Cantidad de muestra																																										
2 a 8	2																																										
9 a 15	2																																										
16 a 25	2																																										
26 a 50	3																																										
51 a 90	3																																										
91 a 150	3																																										
151 a 280	5																																										
281 a 500	5																																										
501 a 1200	5																																										
1201 a 3200	8																																										
3201 a 10000	8																																										
10001 a 35000	8																																										
35001 a 150000	13																																										
150001 a 500000	13																																										
500001 a más	13																																										
VIII. NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)																																											
VIII.1	Hoja de Especificaciones o Certificado de Calidad del Acero Inoxidable AISI-304 otorgado por el fabricante.																																										

* Al Postor ganador de la Buena-Pro





MOBILIARIO CLINICO


MC-0070

DESCRIPCION:


PORTACHATA Y
PAPAGAYO METALICA
DE PARED (4 UND.)

CODIGO SAP:


70010297



Planta



Frontal



Lateral

