

FICHA TECNICA DE MOBILIARIO CLINICO																																											
Fecha de emisión: 04 - 02 - 2019	MC-0091 Versión: V1.3																																										
I. DESCRIPCION																																											
I.1	VITRINA PARA ENDOSCOPIOS CODIGO SAP: 70010293																																										
II. DEFINICION																																											
II.1	Vitrina de acero inoxidable con puerta de vidrio, y soportes para colgar endoscopio de forma fácil y segura.																																										
III. APLICACION																																											
III.1	Mobiliario utilizado en áreas asistenciales como consultorios externos, cirugía, entre otras áreas. Este mobiliario está a disposición del personal de enfermería y otros profesionales de la salud.																																										
IV. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS																																											
IV.1	Una (01) estructura principal.																																										
IV.2	Una (01) puerta.																																										
IV.3	Ocho (08) colgadores.																																										
IV.4	Una (01) bandeja de goteo.																																										
V. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS																																											
V.1	Estructura principal fabricada en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 1.0 mm de espesor como mínimo, capacidad para ocho (08) endoscopios flexibles, colgados longitudinalmente. Parte posterior acolchada para protección de la óptica del endoscopio. Con cuatro (04) patas de acero inoxidable AISI 304-2B rematadas en patines reguladores de PVC.																																										
V.2	Puerta con marco fabricado en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 1.0 mm de espesor como mínimo, con vidrio de 4 mm de espesor como mínimo, laminado transparente. Con tirador de acero inoxidable AISI 304-2B en forma de asa. Sistema de bisagra para apertura y sistema de seguridad.																																										
V.3	Sistema para colgar endoscopios, con sujetador en la parte superior y fijador en la parte inferior de la vitrina.																																										
V.4	Bandeja de goteo extraíble fabricada en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 1.0 mm de espesor como mínimo. Diseñado con pendiente hacia al centro para una fácil limpieza. Con zócalo de 75 mm de altura, fabricado en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 1.0 mm de espesor como mínimo.																																										
V.5	Sistema de ventilación con celosías de entrada y salida de aire, a cada lado y en la parte superior de la vitrina.																																										
V.6	Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura TIG o similar de tecnología superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.																																										
V.7	Dimensiones aproximadas: (tolerancia máxima de +/- 1 %) Largo total: 1000 mm. Ancho total: 450 mm. Altura total: 2300 mm.																																										
VI. CONDICIONES DE PREINSTALACION																																											
VI.1	Ninguna																																										
VII. CONTROL DE CALIDAD (OBLIGATORIO AL PRODUCTO TERMINADO)*																																											
VII.1	Informe técnico de Ensayos de Laboratorio para el cumplimiento de las siguientes Normas Técnicas:																																										
	• NTP ISO 7170 MUEBLES. Unidades de almacenamiento. Determinación de la resistencia y la durabilidad																																										
	Carga vertical en puertas pivotantes																																										
	Carga horizontal en puertas pivotantes																																										
	Durabilidad para puertas pivotantes																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cantidad de Muestra para Prueba</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Norma de Referencia: ISO 2859-1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Plan de muestreo Simple para inspección Normal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nivel de Inspección: S-2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Límite de Aceptación (LCA): 2.5</td> </tr> <tr> <th>Tamaño de Lote</th> <th>Cantidad de muestra</th> </tr> <tr> <td>2 a 8</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>9 a 15</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>16 a 25</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>26 a 50</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>51 a 90</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>91 a 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>151 a 280</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>281 a 500</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>501 a 1200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1201 a 3200</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3201 a 10000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>10001 a 35000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>35001 a 150000</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>150001 a 500000</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>500001 a más</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad de Muestra para Prueba		Norma de Referencia: ISO 2859-1		Plan de muestreo Simple para inspección Normal		Nivel de Inspección: S-2		Límite de Aceptación (LCA): 2.5		Tamaño de Lote	Cantidad de muestra	2 a 8	2	9 a 15	2	16 a 25	2	26 a 50	3	51 a 90	3	91 a 150	3	151 a 280	5	281 a 500	5	501 a 1200	5	1201 a 3200	8	3201 a 10000	8	10001 a 35000	8	35001 a 150000	13	150001 a 500000	13	500001 a más	13
Cantidad de Muestra para Prueba																																											
Norma de Referencia: ISO 2859-1																																											
Plan de muestreo Simple para inspección Normal																																											
Nivel de Inspección: S-2																																											
Límite de Aceptación (LCA): 2.5																																											
Tamaño de Lote	Cantidad de muestra																																										
2 a 8	2																																										
9 a 15	2																																										
16 a 25	2																																										
26 a 50	3																																										
51 a 90	3																																										
91 a 150	3																																										
151 a 280	5																																										
281 a 500	5																																										
501 a 1200	5																																										
1201 a 3200	8																																										
3201 a 10000	8																																										
10001 a 35000	8																																										
35001 a 150000	13																																										
150001 a 500000	13																																										
500001 a más	13																																										
																																											
VIII. NORMATIVIDAD (FACULTATIVO)																																											
VIII.1	Hoja de Especificaciones o Certificado de Calidad del Acero Inoxidable AISI-304 otorgado por el fabricante.																																										

* Al Postor ganador de la Buena-Pro



MOBILIARIO CLINICO


MC-0091

DESCRIPCION:


VITRINA PARA
ENDOSCOPIOS

CODIGO SAP:


70010293



Planta



Frontal



Lateral

