

BS-17	30101581	Filtro para la preparacion de Plaquetas pobre en leucocitos en laboratorio con bolsa de Transferencia	UN	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACION: Filtro con bolsa para transferencia de hasta 1000 ml para la preparaci3n de Plaquetas pobre en leucocitos en empaque individual est3ril. CARACTERISTICAS: Filtro con membrana de poli3ster o poliuretano altamente biocompatible para la filtraci3n de 5 hasta 10 unidades de Concentrado de Plaquetas, filtro para eliminar leucocitos y microagregados. Canal de fluido no pir3geno. Volumen de cebado menor a 20 ml. Capacidad de leucorreducci3n igual o menor de 5×10^5 leucocitos residuales por unidad. Cebado sin aditivos. EQUIPO: No requiere para su uso. USO: Leucorreducci3n de Plaquetas
BS-18	30101578	Filtro para la preparacion de Sangre pobre en leucocitos en laboratorio con bolsa de Transferencia	UN	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACION: Filtro con bolsa para transferencia x 600 ml para la preparaci3n de sangre pobre en leucocitos en empaque individual est3ril CARACTERISTICAS: Filtro con membrana de poli3ster o poliuretano altamente biocompatible para la filtraci3n de 1 unidad de Sangre Total o de 1 unidad de Concentrado de hematies (paquete globular), filtro para eliminar leucocitos y microagregados. Canal de fluido no pir3geno. Capacidad de leucorreducci3n igual o menor de 5×10^5 leucocitos residuales por unidad. Cebado sin aditivos. Accesorios: Dispositivo que permitan obtenci3n de sangre pobre en leucocitos en bolsa de transferencia. EQUIPO: No requiere para su uso. USO: Leucorreducci3n de Gl3bulos Rojos.
BS-19	30101582	Filtro para la preparacion de Sangre pobre en leucocitos en laboratorio con bolsa de Transferencia Neonatal	UN	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACION: Filtro con bolsa para transferencia, con 4 bolsas x hasta 150 ml para la preparaci3n de alicuotas de sangre pobre en leucocitos para uso pedi3trico, en empaque individual est3ril. CARACTERISTICAS: Filtro con membrana de poli3ster o poliuretano altamente biocompatible para la filtraci3n de 1 unidad de Sangre Total o de 1 unidad de Concentrado de hematies (paquete globular), filtro para eliminar leucocitos y microagregados. Canal de fluido no pir3geno. Capacidad de leucorreducci3n igual o menor de 5×10^5 leucocitos residuales por unidad. Cebado sin aditivos. EQUIPO: No requiere para su uso. USO: Leucorreducci3n de Gl3bulos Rojos para uso neonatal
BS-20	30103811	Grapa selladora para bolsa de sangre	UN	Centro de Hemoterapia I/II	PRESENTACION: Caja por 1000 3n m3s unidades (grapas). CARACTERISTICAS: Grapa de aluminio. ACCESORIOS: El n3mero de Selladores de grapas ser3 definido por el usuario. USO: Sellado de tubuladuras de bolsas de sangre.
BS-21	30106279	Kit completo para la determinaci3n de anticuerpos irregulares	PBA	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACION: Kit de c3lulas pantalla para la determinaci3n de anticuerpos irregulares, en empaque adecuado. Debe incluir ant3geno Diego A. Opcional Cw. Debe incluir reactivo para la identificaci3n de Anticuerpos irregulares equivalente al 2% del total de las pruebas solicitadas. Tiempo de Expiraci3n no menor de 21 d3as a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Adherencia en fase s3lida (captura), 3n aglutinaci3n en columna. ACCESORIOS: Controles, soluci3n LISS en cantidad suficiente, material de impresi3n de resultados, complementos y otros de acuerdo a metodolog3a que permitan la realizaci3n completa de la prueba. EQUIPO: Equipo para Inmunoematolog3a en microplaca y/o Equipo para Inmunoematolog3a en columna, de acuerdo a la metodolog3a ofertada. Usuario no puede excluir ninguno de los equipos. MUESTRA BIOL3GICA: Suero o plasma.



000063