

CÓDIGO / ESP ABREVIADO	CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BM-95	030107260	Kit de PCR en Tiempo Real para nuevo coronavirus (COVID-19)	PBA	I - III	<p>PRESENTACION: Kit para la detección automatizada de ARN del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).</p> <p>COMPONENTES: (1) Reactivos, cebadores-sondas (de manera independiente o contenidas en cartucho), pipetas de transferencia y consumibles necesarios para la completa realización de la prueba en el equipo automatizado.</p> <p>METODOLOGIA: Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: hisopados nasofaríngeos u orofaríngeos o esputo o aspirados endotraqueales o lavados broncoalveolares.</p> <p>TIEMPO DE EXPIRACIÓN: No menor de 6 meses.</p> <p>USO: Personas con sospecha clínica de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).</p> <p>EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final.</p>

