

|        |          |                                    |     |         |   |
|--------|----------|------------------------------------|-----|---------|---|
| BQ-134 | 30105251 | Test de Hormona T4 Libre           | PBA | IIC-III | PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de la Hormona T4 Libre en empaque apropiado, Estabilidad en Uso no menor de 15 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGÍA: Quimioluminiscencia Convencional o Variante.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Material de Impresión de resultado, y otros que permitan la realización completa de la prueba.<br>EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Suero.  |
| BQ-135 | 30105255 | Test de Hormona Testosterona Libre | PBA | III     | PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona Testosterona Libre en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 2 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGÍA: Radioinmunoensayo.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba. Material para Descontaminación y Material de Toma de Muestra.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Suero.  |
| BQ-136 | 30105256 | Test de Hormona Testosterona Total | PBA | IIC-III | PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de la Hormona Testosterona Total en empaque apropiado. Estabilidad en uso no menor de 28 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGÍA: Quimioluminiscencia Convencional o Variante.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de Impresión de resultado, y otros que permitan la realización completa de la prueba.<br>EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Suero.  |
| BQ-137 | 30104100 | Test de Hormona TSH                | PBA | IIC-III | PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de la Hormona TSH en empaque apropiado. Estabilidad en Uso no menor de 15 días. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, sensibilidad funcional menor a igual a 0.02 uUI/ml. Estabilidad en Uso no menor de 15 días. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGÍA: Quimioluminiscencia Convencional o Variante.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de Impresión de resultado, y otros que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta. De acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Suero. |
| BQ-138 | 30106018 | Test de Hormona TSH Neonatal       | PBA | III     | PRESENTACIÓN: Reactivos para el Dosaje de Hormona TSH Neonatal en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGÍA: Enzaimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente o variantes.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.<br>EQUIPO: El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre Capilar Seca sobre papel filtro.  |



000128