

## HEMATOLOGIA

| CÓDIGO / ESP ABREVIADO | CÓDIGO SAP | DENOMINACIÓN COMPLETA  | UM  | NIVEL DE USO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   |
|------------------------|------------|--|-----|--------------|---|
| HE-1                   | 30106203   | Agregación Plaquetaria Modificada por Inhibidores de GPIIb/IIIa. | PBA | III          | PRESENTACION : Reactivos para la medición de la agregación plaquetaria modificada por inhibidores GPIIb/IIIa, en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGIA : Turbidimetría.<br>ACCESORIOS: Controles y calibradores de acuerdo a la metodología empleada si se requiere. Complementos que permitan la realización completa de la prueba. Material de impresión y otros de acuerdo a metodología.<br>EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre o derivados. |
| HE-2                   | 30100232   | Aguja para cargar velocidad de sedimentación                     | UN  | I - III      | PRESENTACIÓN: Aguja (Cánula de Wintrobe) por unidades.<br>CARACTERÍSTICAS: Aguja de acero inoxidable de 132 mm. de longitud aproximada, para introducir sangre anticoagulada en los tubos de Wintrobe.<br>USO: Velocidad de Sedimentación.  |
| HE-3                   | 30106104   | Coloración PAS Kit   | PBA | III          | PRESENTACION : Kit de Reactivos para la Coloración de PAS en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGIA : Coloración Citoquímica.<br>ACCESORIOS: Complementos y otros que permitan la realización completa de la prueba.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre Periférica , Médula Osea.   |
| HE-4                   | 30104420   | Colorante Azul Brillante de Cresil                               | G   | I - III      | PRESENTACIÓN: Colorante Azul Brillante de Cresil en Frasco por 10 a 25 gr., herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.<br>CARACTERÍSTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 50%.<br>USO: Hematología (Reticulocitos).  |
| HE-5                   | 30106384   | Detección de Dímero D  | PBA | IIc -III     | PRESENTACIÓN: Reactivos para Detección cualitativa y semicuantitativa de Dímero D en empaque adecuado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGÍA: Aglutinación en látex.<br>ACCESORIOS: Controles, Complementos, y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba..<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma.  |



000139