

|       |          |                                 |     |     |  |
|-------|----------|---------------------------------|-----|-----|--|
| HE-15 | 30104692 | Dosaje de Factor Von Willebrand | PBA | III | PRESENTACIÓN: Reactivos para el Dosaje de Factor Von Willebrand en empaque adecuado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGÍA: Enzimainmunoensayo o Aglutinacion.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Material de impresión y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba.<br>EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio..<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma.                                  |
| HE-16 | 30106118 | Dosaje de Factor X              | PBA | III | PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Factor X en empaque adecuado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGIA: Coagulométrico.<br>ACCESORIOS: Calibradores (si la metodologia lo requiere), Controles,(si la metodologia lo requiere) Complementos, Material de impresión y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba.<br>EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definido (s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma. |
| HE-17 | 30106119 | Dosaje de Factor XI             | PBA | III | PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Factor XI en empaque adecuado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGIA: Coagulométrico.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Material de impresión y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba.<br>EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definido (s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma.   |
| HE-18 | 30106120 | Dosaje de Factor XII            | PBA | III | PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Factor XII en empaque adecuado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGIA: Coagulométrico.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Material de impresión y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba.<br>EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definido (s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma.  |



000141