

HE-19	30104743	Dosaje de Fibrinógeno	PBA	IIb-IIc-III	PRESENTACIÓN: Reactivos para el Dosaje de Fibrinógeno en empaque adecuado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. MODOLOGÍA: Coagulométrico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Material de impresión y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma.
HE-20	30104693	Dosaje de Heparina	PBA	III	PRESENTACIÓN: Reactivos para el Dosaje de Heparina en empaque adecuado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. MODOLOGÍA: Cromogénico. Cuantitativo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Material de impresión y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma.
HE-21	30104065	Dosaje de Plasminógeno Funcional	PBA	III	PRESENTACIÓN: Reactivos para el Dosaje de la actividad del Plasminógeno en empaque adecuado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. MODOLOGÍA: Cromogénico. MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Material de impresión y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma.
HE-22	30105647	Dosaje de Proteína C funcional ó activada	PBA	III	PRESENTACIÓN: Reactivos para el Dosaje de la actividad de la Proteína C en empaque adecuado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. MODOLOGÍA: Coagulométrico ó Cromogénico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Material de impresión y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma.



000142