

HE-38	30107133	Reactivo ADP para Agregación Plaquetaria	PBA	III	<p>PRESENTACIÓN: Reactivo ADP para Agregación Plaquetaria en empaque adecuado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Adenosina 5 difosfato, liofilizado para reconstituir.</p> <p>ACCESORIOS: Controles y calibradores de acuerdo a la metodología empleada si se requiere. Complementos que permitan la realización completa de la prueba. Material de impresión y otros de acuerdo a metodología.</p> <p>EQUIPO: Si el usuario lo requiere el (los) equipo(s) será(n) definido(s) en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio</p> <p>USO: Prueba de Función de Agregación Plaquetaria.</p>
HE-39	30107134	Reactivo Adrenalina para agregación plaquetaria	PBA	III	<p>PRESENTACIÓN: Reactivo Adrenalina para agregación plaquetaria en empaque adecuado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Bitartrato de L-Epinefrina, liofilizado para reconstituir.</p> <p>ACCESORIOS: Controles y calibradores de acuerdo a la metodología empleada si se requiere. Complementos que permitan la realización completa de la prueba. Material de impresión y otros de acuerdo a metodología.</p> <p>EQUIPO: Si el usuario lo requiere el (los) equipo(s) será(n) definido(s) en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio</p> <p>USO: Prueba de Función de Agregación Plaquetaria.</p>
HE-40	30107135	Reactivo de Colágeno para agregación plaquetaria	PBA	III	<p>PRESENTACIÓN: Reactivo de Colágeno para agregación plaquetaria en empaque adecuado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Colágeno de origen animal, liofilizado para reconstituir.</p> <p>ACCESORIOS: Controles y calibradores de acuerdo a la metodología empleada si se requiere. Complementos que permitan la realización completa de la prueba. Material de impresión y otros de acuerdo a metodología.</p> <p>EQUIPO: Si el usuario lo requiere el (los) equipo(s) será(n) definido(s) en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio</p> <p>USO: Prueba de Función de Agregación Plaquetaria.</p>
HE-41	30107136	Ristocetina por 100 mg.	PBA	III	<p>PRESENTACIÓN: Ristocetina en empaque adecuado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Sal Sulfato de Ristocetina.</p> <p>ACCESORIOS: Controles y calibradores de acuerdo a la metodología empleada si se requiere. Complementos que permitan la realización completa de la prueba. Material de impresión y otros de acuerdo a metodología.</p> <p>EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio</p> <p>USO: Prueba de Función de Agregación Plaquetaria.</p>



000146