

HE-48	30107137	Veneno de Bothrops atrox para reptilasa	PBA	III	PRESENTACIÓN: Extracto Purificado de Veneno de Bothrops atrox liofilizado para el Dosaje de Test de Reptilasa, en frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Coagulométrico. MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma. ACCESORIOS: Controles y calibradores de acuerdo a la metodología empleada si se requiere. Complementos que permitan la realización completa de la prueba. Material de impresión y otros de acuerdo a metodología. EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio USO: Dosaje del Test de Reptilasa.
HE-49	30107138	Veneno de Víbora de Russel liofilizado (Tamizaje)	PBA	III	PRESENTACIÓN: Extracto Purificado de Veneno de Russel liofilizado para tamizaje del Anticoagulante Lúpico, en empaque adecuado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Coagulométrico. MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma ACCESORIOS: Controles y calibradores de acuerdo a la metodología empleada si se requiere. Complementos que permitan la realización completa de la prueba. Material de impresión y otros de acuerdo a metodología. EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. USO: Prueba de Tamizaje de Anticoagulante Lúpico.
HE-50	30107139	Veneno de Víbora de Russel liofilizado (Confirmatorio)	PBA	III	PRESENTACIÓN: Extracto Purificado de Veneno de Russel liofilizado para Confirmación del Anticoagulante Lúpico, en empaque adecuado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Coagulométrico. ACCESORIOS: Controles y calibradores de acuerdo a la metodología empleada si se requiere. Complementos que permitan la realización completa de la prueba. Material de impresión y otros de acuerdo a metodología. EQUIPO: El (los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio USO : Prueba Confirmatoria de Anticoagulante Lúpico MUESTRA BIOLÓGICA: Plasma



000148