

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	NIVEL DE USO	UM	CARACTERÍSTICAS
30107172	Cartucho PTS (P/Test de EB sensibilidad 0.01 EU/ml)	III, IV, Centro de Producción de Radiofármacos, Centro Nacional Salud Renal	UN	<p>Presentación: 01 cartucho PTS, en empaque adecuado.</p> <p>Metodología: Cromogenética cinética y/o similar.</p> <p>Características: Cartucho de un solo uso, con cuatro canales para análisis de endotoxinas bacterianas y con controles de muestra y positivo de endotoxina; sensibilidad de 1 a 0.01 EU/ml.</p> <p>Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.</p> <p>Accesorios: Con componentes y consumibles necesarios para la completa realización del control de calidad en el equipo probador de endotoxinas.</p> <p>Muestra biológica: Varios</p> <p>Equipo: El(los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final. El cartucho debe ser compatible con el(los) equipo(s).</p> <p>Uso: Para la determinación de endotoxinas bacterianas en procedimientos de control de calidad de elaboración del radiofármaco 18F-Fludesoxiglucoza, y tratamiento de agua y líquido de diálisis.</p>

