

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
30107274	Kit de Detección Molecular de Dengue, Chikungunya y Zika	PBA	III	<p>PRESENTACIÓN: Kit completo de reactivos en formato multiplex para la detección y diferenciación cualitativa de los virus de Dengue Chikungunya y Zika por lo menos, en empaque apropiado, con control positivo, control negativo y control interno (control de inhibidores de PCR).</p> <p>METODOLOGÍA: Amplificación de Ácidos Nucleicos por PCR en Tiempo Real</p> <p>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, (si la metodología lo requiere) Complementos (Tubos de Reacción de PCR o placas de reacción, microtubos estériles libres de nucleasas, puntas, pipetas y otros de acuerdo a la metodología que permita la realización completa de la prueba)</p> <p>Debe contener Kit o sistema de extracción de los ácidos nucleicos virales a partir de diversas muestras biológicas, primers, sondas, DNTP's y otros de acuerdo a la metodología que permitan la realización completa de la prueba de acuerdo con el nivel de Bioseguridad que corresponda.</p> <p>Material de Impresión de Resultados</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: ARN viral extraído a partir de muestras de suero y/o plasma por lo menos.</p> <p>TIEMPO DE EXPIRACIÓN: No menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega</p> <p>USO: Casos Probables de infección con los virus de Dengue, Chikungunya o Zika.</p> <p>EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definido (s) por el usuario final quien presentará en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de equipos de este Petitorio.</p>

