

<p><b>PROTESIS DESARTICULADO DE RODILLA (POLIAXIAL, PIE ARTICULADO)</b></p> <p><b>CÓDIGO SAP: 020600167</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Encaje de tipo cuadrilateral a contacto total.</li> <li>· Material termoplástico (polipropileno o similar).</li> <li>· Cinturón sileciano de cuero.</li> <li>· Con o sin válvula de succión (metálica o plástica).</li> <li>· Adaptador de tubo (duraluminio o titanio) con sistema de conexión a rodilla y unidad terminal (pie).</li> <li>· Articulación de rodilla: poliaxial</li> <li>· Pie articulado monoaxial o multiaxial</li> </ul>	
<p><b>PROTESIS ABAJO DE RODILLA ESTANDAR TIPO PTS</b></p> <p><b>CÓDIGO SAP: 020600066</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Encaje de resina poliéster o de polipropileno con descarga supracondilar.</li> <li>· Funda protectora de muñon de plastazote, pelite u otro.</li> <li>· Con o sin correa supracondilea.</li> <li>· Pie SACH</li> </ul>	
<p><b>PROTESIS ABAJO DE RODILLA ESTANDAR TIPO PTB</b></p> <p><b>CÓDIGO SAP: 020600065</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Encaje de resina poliéster o de polipropileno, descarga en tendón patelar</li> <li>· Funda protectora de muñon de plastazote, pelite u otro.</li> <li>· Con o sin correa supracondilea.</li> <li>· Pie SACH.</li> </ul>	
<p><b>PROTESIS ABAJO DE RODILLA MODULAR CON PIE SACH</b></p> <p><b>CÓDIGO SAP: 020600043</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Encaje de tipo PTS/PTB/KBM, confeccionado en material termoplástico (polipropileno)</li> <li>· Funda protectora de muñon de plastazote, pelite u otro.</li> <li>· Con o sin correa supracondilea.</li> <li>· Adaptador de tubo (duraluminio o titanio) con sistema de conexión a encaje y unidad terminal (pie).</li> <li>· Pie SACH.</li> </ul> <p>PTS = Patelar Tendon Supracondilear (descarga Supracondilea)</p> <p>PTB= Patelar Tendon Bearing Supracondilear (descarga en Tendon Patelar)</p> <p>KBM=Descarga mixta patelar y supracondilea.</p>	

GERENCIA DE PRES. CALIDAD  
VºBº  
A. TORRES  
GERENTE  
GCPS-ESSALUD

Comisión de Coordinación Técnica de Salud  
Vº  
Dr. W. UBILLUS S.  
Sub-Gerente  
GCPS-ESSALUD