



| | |
|--|---|
| <p>FUNDAS TUBULARES PARA AMPUTADOS (SISTEMA LINER)</p> <p>CÓDIGO SAP: 020600032</p> <p>.Material: de silicona o poliuretano, de acuerdo a nivel de amputación.</p> <p>De acuerdo a nivel de amputación</p> |  |
| <p>COJIN ANTIESCARAS DE SILICONA</p> <p>CÓDIGO SAP: 020600122</p> <p>. Material de silicona</p> <p>. Tamaño de acuerdo al asiento de la silla de ruedas del paciente.</p> |  |

V. APOYOS PARA LA MARCHA

| <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> | |
|---|---|
| <p>ANDADOR DESLIZABLE DE ADULTOS</p> <p>CÓDIGO SAP: 020600001</p> <ul style="list-style-type: none"> · Hecho de duraluminio · Barras telescópicas y graduables · Rosca de ajuste en barras perpendiculares · Doble pin de cobre, acero o duraluminio en cada barra telescópica · Regatones antideslizantes · Con ruedas o garruchas delanteras · Plegables |  |
| <p>ANDADOR FIJO ADULTOS</p> <p>CÓDIGO SAP: 020600116</p> <ul style="list-style-type: none"> · Hecho de duraluminio · Barras telescópicas y graduables · Rosca de ajuste en barras perpendiculares · Doble pin de cobre, acero o duraluminio en cada barra telescópica · Regatones antideslizantes · Sin ruedas · Plegables |  |
| <p>ANDADOR DESLIZABLE DE NIÑOS</p> <p>CÓDIGO SAP: 020600115</p> <ul style="list-style-type: none"> · Hecho de duraluminio · Barras telescópicas y graduables · Rosca de ajuste en barras perpendiculares · Doble pin de cobre, acero o duraluminio en cada barra telescópica · Regatones antideslizantes · Con ruedas o garruchas delanteras · Plegables |  |



 GERENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 VºBº
 GERENTE
 GCPS-ESSALUD



 GERENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 VºBº
 Sub-Gerente
 GCPS-ESSALUD