

SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CATARATA
CODIGO SAP:20700230

Nº	ESPECIALIDAD	NOMBRE SET	COMPONENTE	NIVEL	CANT	DENOMINACION	CARACTERISTICAS
1	OFTALMOLOGIA	CATARATA ADULTO	COMPONENTE ESPECIALIDAD	II-III-IV	1	Mango De Bisturi N° 3 Corto	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICAS: Mango de bisturi de acero inoxidable recto que en su extremo distal presenta ranura de acople estandar para hoja de bisturí numeros 10 al 15, mango con ranuras transversales en su tercio distal y ranuras oblicuas en su tercio medio, con su numero grabado en alto relieve. DIMENSIÓN: 12.5 cm +/- 5%
2	OFTALMOLOGIA	CATARATA ADULTO	COMPONENTE NUCLEAR	II-III-IV	1	Tijera Vannas Curva	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERISTICAS: Tijera para capsulotomia, punta roma, con hojas resistentes y afiladas, unidas por un tornillo, caja traba lisa, mango de forma elipsoide que se encastran en su extremo mediante una lengüeta en cremallera para abrir o cerrar el extremo y tiene una zona estriada. DIMENSIÓN: 6 cm - 8 cm +/- 5%
3	OFTALMOLOGIA	CATARATA ADULTO	COMPONENTE ESPECIALIDAD	II-III-IV	1	Compas Castroviejo	MATERIAL: Acero inoxidable CARACTERISTICAS: Calibrador ocular recto tipo castroviejo de 0 a 20 mm en incrementos de 1 mm. con mecanismo de bloqueo de tornillo. DIMENSIÓN: Calibre : de 0 a 20 mm
4	OFTALMOLOGIA	CATARATA ADULTO	COMPONENTE NUCLEAR	II-III-IV	1	Pinza Utrata	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERISTICAS: Pinza de capsulorrexis, extra delicada, punta aguda angulada, superficie de sujeción con orificios, ramas ranuradas, antideslizantes, mango y vertice liso sin rayas poros ni fisuras. DIMENSIÓN: 10.5 cm -11 cm +/- 5%
5	OFTALMOLOGIA	CATARATA ADULTO	COMPONENTE NUCLEAR	II-III-IV	1	Pinza Punto .12 Castroviejo	MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERISTICAS: Pinza disección para iridectomia recta de 0.12 mm. punta roma, lisa, presentando una ligera hendidura en la superficie de sujeción, ramas ranuradas, antideslizantes, mango y vertice liso sin rayas poros ni fisuras. DIMENSIÓN: 8.5 cm -10 cm +/- 5%

