

PETITORIO DE INSUMOS, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO FARMACEUTICO

N°	CODIGO SAP	DESCRIPCION	U.M.	ESPECIFICACIONES TECNICAS
----	------------	-------------	------	---------------------------

MATERIAL DE LABORATORIO DE PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD

134	030200356	Bagueta de acero inoxidable de 5 mm	UN	CARACTERISTICAS: Varilla cilíndrica de acero inoxidable, de 5 mm de diámetro, con extremos romos. USO: Para agitar fluidos biológicos y soluciones.
135	030100745	Bagueta de vidrio de 5 mm (varilla)	UN	CARACTERISTICAS: Varilla cilíndrica de Vidrio, de 20 cm de largo, de 5 mm de diámetro, con extremos romos. USO: Para agitar fluidos biológicos y soluciones.
136	030100755	Balón de Vidrio Borosilicato fondo plano x 1000 mL	UN	CARACTERISTICAS: Balón de Vidrio Borosilicato, de 1000 mL de capacidad, de fondo plano, reusable. USO: General en Laboratorio. CONDICIONES DE CALIDAD: Preferentemente cumpla con las especificaciones según ISO o Norma ASTM o DIN, ó Norma Técnica Nacional (ITINTEC)
137	030100756	Balón de Vidrio Borosilicato fondo plano x 2000 mL	UN	CARACTERISTICAS: Balón de Vidrio Borosilicato , de 2000 mL de capacidad, de fondo plano, reusable. USO: General en Laboratorio. CONDICIONES DE CALIDAD: Preferentemente cumpla con las especificaciones según ISO o Norma ASTM o DIN, ó Norma Técnica Nacional (ITINTEC)
138	30100753	Balón de Vidrio Borosilicato fondo plano x 250 mL	UN	CARACTERISTICAS: Balón de Vidrio Borosilicato , de 250 mL de capacidad, de fondo plano, reusable. USO: General en Laboratorio. CONDICIONES DE CALIDAD: Preferentemente cumpla con las especificaciones según ISO o Norma ASTM o DIN, ó Norma Técnica Nacional (ITINTEC)
139	30106041	Balón de Vidrio Borosilicato fondo plano x 4000 mL	UN	CARACTERISTICAS: Balón de Vidrio Borosilicato , de 4000 mL de capacidad, de fondo plano, reusable. USO: General en Laboratorio de Produccion Galénica. CONDICIONES DE CALIDAD: Preferentemente cumpla con las especificaciones según ISO o Norma ASTM o DIN, ó Norma Técnica Nacional (ITINTEC)
140	30100757	Balón de Vidrio Borosilicato fondo plano x 6000 mL	UN	CARACTERISTICAS: Balón de Vidrio Borosilicato , de 6000 mL de capacidad, de fondo plano, reusable. USO: General en Laboratorio de Produccion Galénica. CONDICIONES DE CALIDAD: Preferentemente cumpla con las especificaciones según ISO o Norma ASTM o DIN, ó Norma Técnica Nacional (ITINTEC)
141	030100781	Beaker de Vidrio Borosilicato graduado x 1000 mL	UN	CARACTERISTICAS: Beaker de Vidrio Borosilicato, de 1000 mL de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio. CONDICIONES DE CALIDAD: Preferentemente cumpla con las especificaciones según ISO o Norma ASTM o DIN, ó Norma Técnica Nacional (ITINTEC)