

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-017	20203645 – 20203639 - 20203640



**GRUPO O FAMILIA: RADIOLOGIA**

**NOMBRE: AGUJA REPOSICIONABLE DE LOCALIZACION MAMARIA**

Viernes, 24 de Enero de 2014

### EMPAQUE

- Individual
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

### MATERIAL

- Acero quirúrgico grado médico

### CARACTERISTICA

- Aguja coaxial con alambre tipo arpón reposicionable.
- El alambre del arpón debe estar conformado con uno o múltiples filamentos, el cual debe ser maleable.
- La guía coaxial debe tener bisel cortante y calibrado cada centímetro.

### DIMENSIONES

- 20 g x 7 cm
- 20 g x 10 cm
- 20 g x 12.5 cm
- 20 g x 13 cm

\* Otras dimensiones de acuerdo al requerimiento del usuario.

