

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-046	20402552 – 20402553 – 20402554 – 20402555 – 20402556 -20402557 - 20402558 – 20402559 – 20402560 – 20402550 – 20402561 - 20402551

**GRUPO O FAMILIA: NEUROCIRUGIA - TRAUMATOLOGIA**

**NOMBRE: BARRA ESPINAL**



Vicmos. 24 de Enero de 2014

### EMPAQUE

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

### MATERIAL

- Implante de Titanio, biocompatible
- Condición biológica: Aséptico

### CARACTERISTICA

- Implante para vía posterior
- Resistencia a la: torsión y a la compresión axial
- Compatible con equipos de Rx, TAC y Resonancia magnética
- Autoclavable
- En el implante debe estar grabado: Código del producto, lote y marca

### DIMENSIONES

- Diámetro de 6.0 mm
- Barra : 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm

\* Instrumental y otros componentes adicionales para la colocación del implante debe ser proporcionada por la empresa.

