

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-221	20103660

GRUPO O FAMILIA: ANESTESIOLOGIA - CENTRO QUIRURGICO



NOMBRE: EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL

Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

MATERIAL

- Acero inoxidable de uso hospitalario - Poliamida - Polipropileno
- Acabado: libre de rebabas y aristas cortantes
- Condición biológica: Estéril, atóxico, apirógeno, hipoalergénico.

CARACTERISTICA

- Aguja con mandril de bisel curvado y graduado (Tipo Touhy)
- Jeringa graduada con embolo con tapón que evite la filtración y que garantice verificar la pérdida de resistencia en el espacio epidural.
- Catéter radiopaco graduado con orificios, resistente al trajín y que no se acoden, con filtro antibacteriano.
- Conector del catéter que permita una manipulación sencilla y ajuste adecuado
- Filtro ergonómico.

DIMENSIONES

- Catéter de 18 Ga y 20 Ga x 90 - 110 cm.
- Filtro de 0.2 micras de permeabilidad.
- Jeringa de 7 cm. Ó 10 cm.
- Aguja epidural de 17 Ga y 18 Ga x 3 1/2" ó 3 1/4".

