

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-225	20402534 – 20402535 – 20402536 – 20402537 - 20402533

GRUPO O FAMILIA: NEUROCIRUGIA - TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: ESPACIADOR INTERESPINOZO LUMBAR DE SILICONA O PEEK



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Doble
- Peel open
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado : según bases

MATERIAL

- Silicona o Peek
- Condición biológica: Estéril, biocompatible

CARACTERISTICA

- Implante de silicona o peek
- Centro de rotación cerrado al canal espinal
- Superficie lisa
- Compatibles con equipos, RX, TAC, Resonancia magnética
- En el implante debe estar grabado: código del producto, marca y lote

DIMENSIONES

- Alturas: 16 mm, 14 mm, 12 mm, 10 mm, 8 mm.

* Instrumental y otros componentes adicionales para la colocación del implante debe ser proporcionada por la empresa, así como los canjes necesarios de los componentes solicitados.

