

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-500	20103177 - 20103178

GRUPO O FAMILIA: CIRUGIA LAPAROSCOPICA - HOSPITALES NIVEL III Y IV

NOMBRE: RECARGA PARA GRAPADORA ENDOSCÓPICA QUIRURGICA FIJADORA DE MALLA



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Peel open.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

MATERIAL

Grapas de titanio

Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes

Condición biológica : Estéril, hipoalergénico, atóxico, biocompatible

CARACTERISTICA

Fijación de material protésico y/o de material

DIMENSIONES

1. Carril con 20 ó más grapas helicoidal, diámetro de grapa 5 mm
2. Carril con 6 ó más grapas, diámetro 4.0 - 4.8 mm.

(*) TIPOS Y DIMENSIONES DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO.

